

**Pregão nº 05.010/2020 - PREFEITURA DE SÃO BENEDITO**

P M S B  
 F L S N° 190

Felipe Silva &lt;licitacao2@safesuporte.com.br&gt;

Seg, 26/10/2020 09:54

Para: licitacaosb@hotmail.com &lt;licitacaosb@hotmail.com&gt;


Cc: Raimundo Lapa &lt;raimundo.lapa@safesolucoes.com.br&gt;; Erica Freitas &lt;erica.freitas@safesolucoes.com.br&gt;

Sr. Pregoeiro Ronaldo Lobo, bom dia!

Venho, respeitosamente, apresentar um equívoco no portal referente ao cadastro da proposta, pois, como podemos observar, no cláusula 1.4 do instrumento convocatório dita:

"1.4. A participação é exclusiva à microempresa/empresa de pequeno porte (ME ou EPP) nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para atendimento a Lei Complementar 123/06 e de Ampla participação do item 1."

De acordo com este artigo o lote 01 é de ampla concorrência, porém, não é o que acontece no portal do cadastro da proposta, segue print da tela.



O Lote 01 está como exclusivo para ME/EPP impossibilitando o cadastro das demais empresas, logo, fere o princípio da isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório.

Por derradeiro, venho, pedir, a abertura do lote 01 para ampla concorrência, como é dito pelo Edital.

Atenciosamente,



Felipe Silva

Analista de Licitação

**Safe Suporte à Vida**

p: (81) 3225.7150

(81) 3225.7165

w: [www.safesolucoes.com.br](http://www.safesolucoes.com.br)

RES: <ESCLARECIMENTO> PE 0510/2020\_MUNICIPIO DE SAO BENEDITO\_20/10/2020

Nunes, Karina <karina.nunes@draeger.com>

Qui, 22/10/2020 17:14

Para: LICITAÇÃO SÃO BENEDITO <licitacaosb@hotmail.com>

Cc: Silva, Joyce <Joyce.Silva@draeger.com>; Teixeira, Leandro <Leandro.Teixeira@draeger.com>

P M S B  
F L S N° 101

Prezado Boa Tarde!

Por gentileza poderiam esclarecer os outros questionamento:

**O edital solicita: " monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume."**

Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria equipamento com monitoração de curva de pressão x tempo, sendo que a monitoração de loops poderia ser acessada futuramente através de um monitor multiparametro de mesma marca. Questionamos esse ponto afim de podermos entregar equipamento de tecnologia alemã amplamente utilizado no mercado que possa atender a verba que a instituição dispõe. É sabido da importância da monitoração dos loops, porem essa monitoração está disponível no mercado a um custo relativamente maior que o valor disponibilizado para essa compra.

Qualquer dúvida fico à disposição,

Atenciosamente,

**Karina Nunes**

Analista de Licitações

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo

Tel: 11 4689-4900 Ramal 4430

[karina.nunes@draeger.com](mailto:karina.nunes@draeger.com)

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Dräger. Technology for Life®

You Tube f t in



P M S B  
F L S N° 102

De: LICITAÇÃO SÃO BENEDITO <licitacaosb@hotmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 21 de outubro de 2020 17:14

Para: Nunes, Karina <karina.nunes@draeger.com>

Assunto: RE: <ESCLARECIMENTO> PE 0510/2020\_MUNICIPIO DE SAO BENEDITO\_20/10/2020

Boa tarde!

O prazo para entrega é de 20 (vinte) dias, visto que é totalmente compatível com os prazos de mercado, ademais, trata-se de recurso federal, o qual o prazo para utilização do mesmo é até 31/12/2020, caso estendamos o prazo de entrega, não será possível a prestação de contas do recurso e teremos que devolver o dinheiro que já consta em caixa.

---

De: Nunes, Karina <karina.nunes@draeger.com>

Enviado: terça-feira, 20 de outubro de 2020 17:54

Para: [licitacaosb@hotmail.com](mailto:licitacaosb@hotmail.com) <[licitacaosb@hotmail.com](mailto:licitacaosb@hotmail.com)>

Cc: Silva, Joyce <[Joyce.Silva@draeger.com](mailto:Joyce.Silva@draeger.com)>

Assunto: <ESCLARECIMENTO> PE 0510/2020\_MUNICIPIO DE SAO BENEDITO\_20/10/2020

AO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO

Pregão Eletrônico Nº 05.10/2020

Processo Nº 11099.832000/1150-04

Data de Abertura dia 27/10/2020 às 09:30

Prezados,

Boa tarde,

A Dräger Industria e Comercio Ltda., CNPJ Nº 02.535.707/0001-28, interessada em participar do item 01 do pregão referenciado, vem através deste e-mail solicitar o seguinte esclarecimento:

**O edital solicita: “ monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume.”**

Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria equipamento com monitoração de curva de pressão x tempo, sendo que a monitoração de loops poderia ser acessada futuramente através de um monitor multiparametro de mesma marca. Questionamos esse ponto afim de podermos entregar equipamento de tecnologia alemã amplamente utilizado no mercado que possa atender a verba que a instituição dispõe. É sabido da importância da monitoração dos loops, porem essa monitoração está disponível no mercado a um custo relativamente maior que o valor disponibilizado para essa compra.

**O edital solicita: “ 7.1.1. A entrega deverá ser realizada em até 20 (Vinte) dias a contar do recebimento da ordem de compras.”**

O edital pede:

7.1.1. A entrega deverá ser realizada em até 20 (Vinte) dias a contar do recebimento da ordem de compras. Solicitamos que o prazo de entrega seja revisto para **45 (quarenta e cinco) dias**, visto que nossos equipamentos são de origem estrangeira e dependem de importação.

Obs.: Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail.

No aguardo,

P M S B  
F L S N° 193  
\_\_\_\_\_

Atenciosamente,


**Karina Nunes**  
Analista de Licitações

Shared Service Tender

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.  
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré  
06460-100 Barueri, São Paulo  
Tel +55 11 4689-4430  
[karina.nunes@draeger.com](mailto:karina.nunes@draeger.com)


[www.draeger.com](http://www.draeger.com)



 Please consider the environment before printing this e-mail

—  
This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

## &lt;ESCLARECIMENTO&gt; PE 0510/2020\_MUNICIPIO DE SAO BENEDITO\_20/10/2020

Nunes, Karina &lt;karina.nunes@draeger.com&gt;


Ter, 20/10/2020 17:54

Para: licitacaosb@hotmail.com &lt;licitacaosb@hotmail.com&gt;

Cc: Silva, Joyce &lt;Joyce.Silva@draeger.com&gt;

AO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO

P M S B  
F L S N° 194



Pregão Eletrônico Nº 05.10/2020

Processo Nº 11099.832000/1150-04

Data de Abertura dia 27/10/2020 às 09:30

Prezados,

Boa tarde,

A Dräger Industria e Comercio Ltda., CNPJ Nº 02.535.707/0001-28, interessada em participar do item 01 do pregão referenciado, vem através deste e-mail solicitar o seguinte esclarecimento:

**O edital solicita: “ monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume.”**

Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria equipamento com monitoração de curva de pressão x tempo, sendo que a monitoração de loops poderia ser acessada futuramente através de um monitor multiparametro de mesma marca. Questionamos esse ponto afim de podermos entregar equipamento de tecnologia alemã amplamente utilizado no mercado que possa atender a verba que a instituição dispõe. É sabido da importância da monitoração dos loops, porem essa monitoração está disponível no mercado a um custo relativamente maior que o valor disponibilizado para essa compra.

**O edital solicita: “ 7.1.1. A entrega deverá ser realizada em até 20 (Vinte) dias a contar do recebimento da ordem de compras.”**

O edital pede:

7.1.1. A entrega deverá ser realizada em até 20 (Vinte) dias a contar do recebimento da ordem de compras.

Solicitamos que o prazo de entrega seja revisto para **45 (quarenta e cinco) dias**, visto que nossos equipamentos são de origem estrangeira e dependem de importação.

Obs.: Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail.

No aguardo,

Atenciosamente,

**Karina Nunes**

Analista de Licitações

Shared Service Tender

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo

Tel +55 11 4689-4430

[karina.nunes@draeger.com](mailto:karina.nunes@draeger.com)

P M S B  
F L S N° 195

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Dräger. Technology for Life®



Please consider the environment before printing this e-mail

---  
This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.