

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cardiocógrafa

Descrição Detalhada: Cardiocógrafa, modelo: p, feto gemelar, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração uterina materna toco, componente 2: 2 transdutores us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, memória interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1)

2 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo i: servo controle de temperatura, módulo ii: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

3 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte, tipo: p, monitor multiparâmetro, modelo: de parede, acessórios: articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1)

4 - Aparelho anestesia

Descrição Detalhada: Aparelho anestesia, tipo: compatível c, ambiente ressonância magnética - mri, componentes: c, ventilador pulmonar integrado, tipo sistema: controlado por volume e pressão, uso: vm e peep - de neonatal a obeso, características adicionais: bateria recarregável, outros componentes: c, circuitos respiratórios e acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1)

5 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: volumétricas (linear), vazão: 0,1 a 999,9 ml/h, administração: enteral, parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, características adicionais 01: sensor de pressão, programação: programação ml/h, gotas, volume, tempo, dose: dose em mg, mcg, mmol e meq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

P M S B
F L S N° 146
ep

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

6 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora neonatal, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, módulo i: servo controle de temperatura, umidade, oxigênio, componentes: c, mínimo 5 portinholas, manga frís, tipo uso: radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

7 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10 leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

8 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros: mínimo 6 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd 10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, acessórios: completo com cabos e sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

9 - Oxímetro

Descrição Detalhada: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (7)

ep

10 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: parto, elétrica, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 1,00 m, capacidade de carga: até 200 kg, tipos de acionamento: controle remoto, componentes: suporte de soro, porta coxa, bacia inox, componentes 01: altura regulável, características adicionais: apoio para os pés, arco de esforço, características adicionais 01: articulada 3 posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

P M S B
F L S N° 147
ep

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

11 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço hospitalar, tipo: aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, componentes 2: colchão, acessórios: suporte soro, bateria, acessórios 01: gaveta p, rx, tipo uso: radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (2)

12 - Componente reanimador manual

Descrição Detalhada: Componente reanimador manual, tipo: reservatório de O₂, material: silicone, adicional: c, válvula, volume: cerca de 1,0 l, tamanhos: infantil, compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (7)

13 - Acessório, equip. parto humanizado

Descrição Detalhada: Acessório, equip. parto humanizado, tipo: cadeira parto tipo banqueta, material: fibra de vidro, componente i: assento fixo, sem revestimento, componente ii: abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade: até 120 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

[Handwritten signature]